

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 28.04.2020

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - Coronaviren (340):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

46751

Dr. Anke Fenn

BIORON Diagnostics GmbH

In den Rauheiden 20

67354 Römerberg

Düsseldorf, 01.05.2020



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 28.04.2020

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen


Virusgenom-Nachweis - Coronaviren (340):

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
46751
Dr. Anke Fenn
BIORON Diagnostics GmbH
In den Rauheiden 20
67354 Römerberg

Düsseldorf, 01.05.2020



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

46751: Dr. Anke Fenn

Ringversuch vom 28.04.2020

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
 Institut für Qualitätssicherung in der
 Virusdiagnostik - IQVD
 Potsdamer Chaussee 80
 14129 Berlin

Tel.: +49 30 8105 4300
 Fax: +49 30 8105 4303
 Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

340

Virusgenom-Nachweis - Coronaviren

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
		PCR / NAT (395)	ANDERE HERSTELLER (ZY)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	340059	positiv (3)				
	340060	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)				
	340061	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	340062	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	SW		+
	340063	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	340064	positiv (3)				
	340065	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	SW		+
Primer / Genregion	Probe	Ihr Wert				
	340059	andere				
	340060	andere				
	340061	andere				
	340062	andere				
	340063	andere				
	340064	andere				
	340065	andere				

Probe nicht bewertet
 Probe nicht bewertet

Probe nicht bewertet